

BAUSCH+LOMB ULTRA™ CONTACTLENZEN



GEBRUIKSINSTRUCTIES

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie voor gebruikers over het gebruik en onderhoud van Bausch+Lomb (samfilcon A) hydrofiele, zachte contactlenzen.

Van toepassing op:

PRODUCTNAAM	MATERIAAL	WATERPERCENTAGE	VLOEISTOF IN DE BLISTER
Bausch+Lomb ULTRA™ (samfilcon A) Sferische contactlenzen	samfilcon A	46% van het gewicht	Met boorzuur gebufferde zoutoplossing met poloxamine
Bausch+Lomb ULTRA™ (samfilcon A) for Astigmatism contactlenzen			
Bausch+Lomb ULTRA™ (samfilcon A) for Presbyopia contactlenzen			

Beschrijving en instructies voor het dragen van de lenzen

Deze lenzen zijn voor dagelijks gebruik en dienen te worden vervangen zoals voorgeschreven door uw contactlensspecialist/opticien. Wanneer de lenzen opnieuw worden gebruikt, moeten ze worden gereinigd, afgespoeld en gedesinfecteerd nadat u ze hebt uitgenomen en voordat u ze opnieuw inzet.



Deze lenzen worden steriel geleverd en zijn door de fabrikant bedoeld voor gebruik zoals voorgeschreven door de contactlensspecialist/opticien. De lenzen zijn met behulp van stoom gesteriliseerd.

NIET GEBRUIKEN als de verpakking beschadigd of geopend is.

Instructies voor het inzetten en uitnemen van de lenzen

Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd uw handen grondig wassen en drogen. Vermijd het gebruik van geparfumeerde of medische zeep. Leg de lens in uw handpalm. Zorg dat de lens de juiste kant naar buiten heeft.



Controleer de lens alvorens u ze inzet. Zet deze niet in als ze beschadigd is of als er krassen op te zien zijn.

Voor het uitnemen van de lenzen zorgt u dat u eerst uw handen wast en droogt. Gebruik uw vingers om de lens naar beneden te schuiven naar het oogwit, en neem de lens vervolgens uit. Gebruik contactlensvloeistof als het moeilijk is om de lens te verwijderen.

Onderhoud van uw lenzen

- Het reinigen en desinfecteren van uw lenzen na het uitnemen is van essentieel belang voor de gezondheid van

uw ogen

- Maak enkel gebruik van producten die geschikt zijn voor zachte contactlenzen en volg de aanwijzingen op van de fabrikant
- Gebruik steeds verse contactlensvloeistof voor het onderhoud van uw lenzen. Let op de houdbaarheidsdatum
- Gebruik geen andere vloeistoffen, zoals kraanwater, mineraalwater of speeksel om lenzen te bewaren of te bevochtigen
- Zorg dat de lenzen altijd volledig ondergedompeld zijn in de aanbevolen contactlensvloeistof wanneer ze niet worden gedragen
- Vergeet niet om ook uw lenshouder te reinigen wanneer u uw lenzen reinigt
- Gooi altijd uw lenzen weg aan het einde van het draagschema dat werd voorgeschreven door uw contactlensspecialist/opticien
- Was en droog altijd uw handen voordat u uw lenzen aanraakt
- Zorg dat er geen cosmetica, lotions, zeep, crèmes of geparfumeerde stoffen in de ogen of op de lenzen terecht komt
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of uw nagels voor het verwijderen van lenzen uit de lenshouder of uw ogen

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Wanneer u de adviezen van uw contactlensspecialist/opticien voor het dragen en reinigen van uw lenzen niet opvolgt, loopt u een groter risico op ooginfecties.

Draag geen lenzen tijdens daglenzen tijdens het slapen.

Draag geen contactlenzen bij één van de volgende symptomen:

- Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen
- Slechte gezondheid die invloed heeft op de ogen, bijv. verkoudheid en griep
- Een systemische aandoening die de ogen aantast

Raadpleeg in de volgende gevallen uw contactlensspecialist/opticien voordat u lenzen gaat dragen:

- Het beoefenen van watersporten
- Langdurig verblijf in uiterst droge of stoffige omgevingen
- Bij gebruik van oogmedicatie

Neem uw lenzen onmiddellijk uit als u één van de volgende problemen ondervindt:

- Prikkende, branderige, jeukende, geïrriteerde of andere pijn aan het oog
- Minder comfort bij het dragen van de lenzen
- Ongewone afscheiding of overmatig tranen van de ogen
- Rode ogen
- Zeer droge of aanhoudend droge ogen
- Verminderd of onscherp zicht
- Regenbogen of kringen rond licht
- Gevoeligheid voor licht

Als deze symptomen zich blijven voordoen na het verwijderen van de lenzen en het inbrengen van een nieuw paar, verwijder de lenzen dan opnieuw en neem contact op met uw contactlensspecialist/opticien. Dergelijke symptomen kunnen leiden tot ernstiger aandoeningen indien ze worden genegeerd.

Referentieids voor symbolen, labels en verpakking



Tarief betaald voor afvalverwerking overeenkomstig 94/62/EC



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum van uitgifte: 2015-11-15



Geeft de CE conformiteitsmarkering aan en het nummer van de op de hoogte gebrachte instantie



Temperatuurbepering

®/™ verwijzen naar handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen.

© Bausch & Lomb Incorporated.